

2019年9月2日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町7-8

有効期間・使用説明書 変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記製品の有効期間を変更することとなりましたので、ご案内申し上げます。

また、有効期間変更に伴い、使用説明書も変更することとなりましたので、併せてご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名	包装・内容
551-08920-2	グアイアコール検出キット	100 テスト
551-08900-4	Va-YSG培地	100 本入

2. 変更内容

- グアイアコール検出キットの有効期間

	変更前	変更後
有効期間	12ヶ月	18ヶ月

- 使用説明書記載の変更点

	変更前	変更後
版数	351018-3	351018-4
作成日	平成31年2月全面改訂(第3版)	2019年9月改訂 (第4版) 2019年2月全面改訂(第3版)
有効期間	Va-YSG 培地 18ヶ月 グアイアコール検出キット 12ヶ月	18ヶ月

3. 変更理由

- 保存試験結果が取得できたため変更しました。
- 有効期間変更により使用説明書の記載を変更しました。

4. 変更時期

2019年9月2日以降製造分より

以上